

EPT.412...2022.PD

Elbląg, dn. 14.04.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/88/2022

Zleceniodawca	Kombinat Konopny Spółka Akcyjna Gronowo Górne ul. Beryłowa 7F, 82-310 Gronowo Górne NIP: 5783144484 Kontakt: Maciej Kowalski, maciej.kowalski@kombinatkonopny.pl		
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp.	Przedmiot badań woda, ściek, osad ściekowy, gleba itp., zgodnie z informacją Klienta		Stan próbek Prawidłowy/nieprawidłowy - zgodnie z instrukcją I-01/PO-03
Z/88/2022	Susz z konopi włóknistej		Prawidłowy
Miejsce pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta/ zgodnie z protokołem pobrania próbek	Data pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta/ zgodnie z protokołem pobrania próbek	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Brak danych	Brak danych	14.04.2022r.	14.04.2022r.
Osoba pobierająca próbki	Klient		
Dodatkowe informacje	Umowa nr 5/2021		
Stwierdzenie zgodności (w przypadku wyboru „TAK” wypełnić Załącznik do zlecenia)	TAK	NIE	
		X	
Zasada podejmowania decyzji (wypełnić w przypadku wyboru „TAK”, na podstawie Załącznika do zlecenia)	2A	2B	

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1	Zioła na dobry nastrój - suplement diety Cannabis sativa 500 mg CBD Nr partii ZDN/22/A	K22/22

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczenie	Metoda badawcza	Wynik*	Niepewność ±	Jednostka	Badania akredytowane/badania podzlecane – nr akredytacji/metoda referencyjna**
1	K22/22	CBD	PB-03 wydanie 3 obowiązująca od 06.09.2021	1,43	0,21	% wag.	A
2		CBDA		0,22	0,02		A
3		Suma CBD (z obliczeń)		1,65	---		A
4		Δ9 THC		<0,05	---		A
5		THCA		<0,05	---		A
6		Suma THC (z obliczeń)		<0,05	---		A
7		Suma kannabinoidów (z obliczeń)		1,69	---		A

* Wyniki oznaczone kolorem czerwonym jako przekraczające dopuszczalną zawartość 0,2% zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485). **A – badania akredytowane, NA – badania nieakredytowane, PA – badania podzlecane, R – metoda referencyjna.


 (Sporządziła – mgr inż. Paulina Dąbrowska)

14 MAR. 2022
 mgr inż. Paulina Dąbrowska

(Autoryzowała – mgr inż. Paulina Dąbrowska,
 Kierownik Techniczny, data i podpis)


 mgr inż. Paulina Dąbrowska
 14 MAR. 2022

(Zatwierdził – mgr inż. Paulina Dąbrowska,
 Kierownik Laboratorium, data i podpis)

Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek. Pobór próbek poza zakresem akredytacji.

Formularze stanowią integralną część sprawozdania z badań. Brak pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Okres reklamacji – 14 dni od daty wystawienia sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA